

# GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24  
08150 Parets del Vallés  
BARCELONA (SPAIN)

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: **DG GEL COOMBS**

REGD-0010702/4.0

PAG. 1/1

CODIGO: **21034213**

LOTE: **20164.01.1**

DATA VALIDADE: **08-2021**

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Repetibilidade Intralote	AT.ESP.6003669	Correto	Diferenças de aglutinação $\leq 1/2+$
Titulações	AT.ESP.6003669	Correto	Diferenças vs referência do lote de cartões $\leq 1$ título
Funcionamento	AT.ESP.6003669	Correto	<u>Resultados Positivos:</u> Diferenças vs referência do lote de cartões $\leq 1/2+$  <u>Resultados Negativos:</u> Ausência de Aglutinação e hemólise
<i>Inspeção cartões</i>	REGD-0000196 FR.MET.0036	Correto	Em conformidade com critério de aceitação
Aspecto Cartão/Gel, Etiquetado, Código de Barras, Selado, Dose (Altura sobrenadante/gel)			
Inspeção Acondicionamento	FR.MET.0036	Correto	Em conformidade com critério de aceitação

Este produto não é de origem humana. Exclui-se contaminação por VHB, VHC e HIV.

  
Jefatura Garantía Calidad  
(Diretor de Garantia da Qualidade)

  
Lutz Cândido de Almeida Neto  
Farmacêutico Responsável  
CRF-PR 12968

Data: **08/09/2020**