

# GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24  
08150 Parets del Vallés  
BARCELONA (SPAIN)

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: DG GEL SOL

REGD-0021563/3

PAG. 1/1


CODIGO: 21035413

LOTE: 19014.01

DATA VALIDADE: 12.2020

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	REGD-0006112	Correto	Líquido incolor ou ligeiramente amarelado, transparente e livre de partículas
Absorbância (405nm)	AT.MET.168	Correto	D.O. $\leq$ 0.050 U.A.
pH	CTRL.0000317	Correto	6.5 – 7.0
Osmolalidade	AT.MET.025	Correto	312 – 344 mOsm/kg
Condutividade	AT.MET.060	Correto	5.4 – 7.3 mS/cm
Contagem de microorganismos	AT.MET.028	Correto	$\leq$ 50 UFC/ml
Concentração de Glicina	RE.15.577	Correto	12.5 – 15.3 mg/ml
Funcionamento	AT.MET.156	Correto	Em conformidade com critério de aceitação

Este produto não é de origem humana. Se exclui contaminação por VHB, VHC e HIV.

  
Jefatura Garantía Calidad  
(Diretor de Garantia da  
Qualidade)

  
Lutz Cândido de Almeida Neto  
Farmacêutico Responsável  
CRF-PR 12968

Data: 29/07/2019