

GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24
08150 Parets del Vallés
BARCELONA (SPAIN)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: **DG GEL SOL**

REGD-0021563/3

PAG. 1/1


CODIGO: **21035413**

LOTE: **20004.01**

DATA VALIDADE: **07-2021**

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	REGD-0006112	Correto	Líquido incolor ou ligeiramente amarelado, transparente e livre de partículas
Absorbância (405nm)	AT.MET.168	Correto	D.O. ≤ 0.050 U.A.
pH	CTRL.0000317	Correto	6.5 – 7.0
Osmolalidade	AT.MET.025	Correto	312 – 344 mOsm/kg
Condutividade	AT.MET.060	Correto	5.4 – 7.3 mS/cm
Contagem de microorganismos	AT.MET.028	Correto	≤ 50 UFC/ml
Concentração de Glicina	RE.15.577	Correto	12.5 – 15.3 mg/ml
Funcionamento	AT.MET.156	Correto	Em conformidade com critério de aceitação

Este produto não é de origem humana. Se exclui contaminação por VHB, VHC e HIV.


Jefatura Garantía Calidad
(Diretor de Garantia da
Qualidade)


p.o.
Lutz Cândido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12968

Data: **16/04/2020**