

GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24
08150 Paret del Vallés
BARCELONA (SPAIN)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: DG FLUID B

REGD-0021295/4

PAG. 1/1


CODIGO: 21367813

LOTE: 19033.01

DATA VALIDADE: 08.2021

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	AT.ESP.0043	Correto	Líquido azul transparente
Absorbância (620nm)	AT.MET.168	Correto	0.081-0.111 A.U. (na liberação)
pH	CTRL-0000317	Correto	Em-uso: ≥ 0.008 7.11 – 8.11 (na liberação) Em-uso: ≥ 6.40
Osmolalidade	AT.MET.025	Correto	462 – 484 mOsm/kg
Condutividade Especifica	AT.MET.060	Correto	19 – 23 mS/cm
Contagem de microorganismos	AT.MET.028	Correto	≤ 50 UFC/ml

Este produto não é de origem humana. Exclui-se a contaminação por VHB, VHC e HIV.


Jefatura Garantía Calidad
(Diretor de Garantia de
Qualidade)


Lutz Cardoso de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868

Data: 23/09/2019