

GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24
08150 Parets del Vallés
BARCELONA (SPAIN)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: **DG FLUID B**

REGD-0021295/5

PAG. 1/1


CODIGO: **21367813**

LOTE: **20022.01**

DATA VALIDADE: **05-2022**

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Aspecto	AT.ESP.0043	Correto	Líquido rosado transparente
Absorbância (530nm)	AT.MET.168	Correto	0.081-0.111 A.U. (na liberação) Em-uso: ≥ 0.008
Ph	CTRL-0000317	Correto	7.11 – 8.11 (na liberação) Em-uso: ≥ 6.40
Osmolalidade	AT.MET.025	Correto	462 – 484 mOsm/kg
Condutividade Específica	AT.MET.060	Correto	19 – 23 mS/cm
Contagem de microorganismos	AT.MET.028	Correto	≤ 50 UFC/ml

Este produto não é de origem humana. Exclui-se contaminação por VHB, VHC e HIV.


Jefatura Garantía Calidad
(Diretor da Garantia da
Qualidade)


Lutz Cardoso de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12968
p.o.

Data: **21/07/2020**