

GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24
08150 Parets del Vallés
BARCELONA (SPAIN)

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: **DG GEL NEUTRAL**

REGD-0010705/3.0

PAG. 1/1

CODIGO: **21034313**

LOTE: **20021.01.1**

DATA VALIDADE: **07-2021**

TESTE	MÉTODO	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÕES
Repetibilidade Intralote	AT.ESP.6003670	Correto	Diferenças de aglutinação ≤ 1/2+
Titulações	AT.ESP.6003670	Correto	Diferenças vs referência do lote de cartões ≤ 1 título
Funcionamento	AT.ESP.6003670	Correto	<u>Resultados Positivos:</u> Diferenças vs referência do lote de cartões ≤ 1/2+ <u>Resultados Negativos:</u> Ausência de Aglutinação e hemólise
<i>Inspeção cartões</i>	REGD-0000196 FR.MET.0036	Correto	Em conformidade com critério de aceitação
Aspecto Cartão/Gel, Etiquetado, Código de Barras, Selado, Dose (Altura sobrenadante/gel)			
Inspeção Acondicionamento	FR.MET.0036	Correto	Em conformidade com critério de aceitação

Este produto não é de origem humana. Se exclui contaminação por VHB, VHC e HIV.


Jefatura Garantía Calidad
(Diretor de Garantia de Qualidade)


Lutz Cândido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12968

Data: **01/10/2020**