

# GRIFOLS

Diagnostic Grifols S.A.

Passeig Fluvial nº24  
08150 Parets del Vallés  
BARCELONA (SPAIN)

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PRODUTO: **DG GEL DC SCAN**

REGD.0011013/3.0

PAG. 1/1

CODIGO: **21034516**

LOTE: **20001.01.1**

DATA VALIDADE: **08.2021**

| TESTE   | MÉTODO                      | RESULTADOS | ESPECIFICAÇÕES                            |
|---|-----------------------------|------------|---|
| Repetibilidade Intralote  | AT.ESP.6003674              | Correto    | Diferenças de aglutinação ≤ 1/2+          |
| Funcionamento   | AT.ESP.6003674              | Correto    | Resultados Negativos:                     |
| Contaminação cruzada  | AT.ESP.6003674              | Correto    | Resultados Negativos:                     |
| Inspeção Cartões  | REGD-0000196<br>FR.MET.0036 | Correto    | Em conformidade com critério de aceitação |
| - Aspecto Cartão/Gel, Etiquetado, Código de Barras, Selado, Dose: Altura sobrenadante/gel |                             |            |   |
| Inspeção Acondicionamento   | FR.MET.0036                 | Correto    | Em conformidade com critério de aceitação |

Este produto não é de origem humana. Se exclui contaminação por VHB, VHC e HIV.



Diretor Garantia de Qualidade



Lutz Cândido de Almeida Neto  
Farmacêutico Responsável  
CRF-PR 12968

p.p.

Data: **15.04.2020**