CERTIFICADO DE ANÁLISE

CPD ADENINA GRIFOLS DOBLE KS

LOTE : CG30AF **DATA DE FABRICAÇÃO** : AGO/2020
LOTE INSPEÇÃO : 40001068855 **DATA DE VALIDADE** : AGO/2024

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR
VALIDADE ESTERILIZAÇÃO: AGO/2024
EMPRESA ESTERILIZADORA: GRIFOLS BRASIL

ANÁLISES	*ESPECIFICAÇÕES*	*RESULTADOS*
ASPECTO SOLUÇÃO	Conforme	Conforme
PARTÍCULAS >= 10 µm	<= 6000 Part/bolsa	82 Part/bolsa
PARTÍCULAS >= 25 µm	<= 600 Part/bolsa	0 Part/bolsa
VOLUME SOLUÇÃO	56,7 .. 69,3 Mililitro	62,0 Mililitro
PH	5,0 .. 6,0	5,6
CLORETOS	<= 0,0035 %	< 0,0035 %
CITRATO TOTAL	19,16 .. 21,18 g/L	20,69 g/L
FOSFATO MONOSSÓDICO H2O	2,11 .. 2,33 g/L	2,28 g/L
GLICOSE MONO-HIDRATADA	30,30 .. 33,50 g/L	31,73 g/L
SÓDIO	270,15 .. 298,59 mmol/l	283,80 mmol/l
ADENINA	0,247 .. 0,302 g/L	0,282 g/L
5-HIDROXIMETILFURFURAL	<= 5 ppm	2 ppm
ENDOTOXINA	<= 5,56 UI/ml	< 2,50 UI/ml
TESTE DE ESTERILIDADE	Conforme	Conforme

Campo Largo / PR, 02 Setembro 2020

Débora Verceze Ortiz
Diretor Técnico Industrial