

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CPD ADENINA GRIFOLS TRIPLE KS

LOTE : CA30AD DATA DE FABRICAÇÃO : ABR/2020
LOTE INSPEÇÃO : 40001012976 DATA DE VALIDADE : ABR/2024

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR
VALIDADE ESTERILIZAÇÃO: ABR/2024
EMPRESA ESTERILIZADORA: GRIFOLS BRASIL

ANÁLISES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO SOLUÇÃO	Conforme	Conforme
PARTÍCULAS >= 10 µm	<= 6000 Part/bolsa	11 Part/bolsa
PARTÍCULAS >= 25 µm	<= 600 Part/bolsa	0 Part/bolsa
VOLUME SOLUÇÃO	56,7 .. 69,3 Mililitro	62,5 Mililitro
PH	5,0 .. 6,0	5,6
CLORETOS	<= 0,0035 %	< 0,0035 %
CITRATO TOTAL	19,16 .. 21,18 g/L	19,75 g/L
FOSFATO MONOSSÓDICO H2O	2,11 .. 2,33 g/L	2,24 g/L
GLICOSE MONO-HIDRATADA	30,30 .. 33,50 g/L	32,33 g/L
SÓDIO	270,15 .. 298,59 mmol/l	272,20 mmol/l
ADENINA	0,247 .. 0,302 g/L	0,285 g/L
5-HIDROXIMETILFURFURAL	<= 5 ppm	1 ppm
ENDOTOXINA	<= 5,56 UI/ml	< 2,50 UI/ml
TESTE DE ESTERILIDADE	Conforme	Conforme

Campo Largo / PR, 11 Maio 2020

Débora Verceze Ortiz
Diretor Técnico Industrial