

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
**CPD ADENINA GRIFOLS TRIPLE KS**

**LOTE** : CA30BD **DATA DE FABRICAÇÃO** : ABR/2020  
**LOTE INSPEÇÃO** : 40001022199 **DATA DE VALIDADE** : ABR/2024

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR  
**VALIDADE ESTERILIZAÇÃO:** ABR/2024  
**EMPRESA ESTERILIZADORA:** GRIFOLS BRASIL

| <b>ANÁLISES</b>         | <b>ESPECIFICAÇÕES</b>   | <b>RESULTADOS</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ASPECTO SOLUÇÃO         | Conforme                | Conforme          |
| PARTÍCULAS >= 10 µm     | <= 6000 Part/bolsa      | 19 Part/bolsa     |
| PARTÍCULAS >= 25 µm     | <= 600 Part/bolsa       | 0 Part/bolsa      |
| VOLUME SOLUÇÃO          | 56,7 .. 69,3 Mililitro  | 62,0 Mililitro    |
| PH                      | 5,0 .. 6,0              | 5,7               |
| CLORETOS                | <= 0,0035 %             | < 0,0035 %        |
| CITRATO TOTAL           | 19,16 .. 21,18 g/L      | 20,24 g/L         |
| FOSFATO MONOSSÓDICO H2O | 2,11 .. 2,33 g/L        | 2,23 g/L          |
| GLICOSE MONO-HIDRATADA  | 30,30 .. 33,50 g/L      | 32,09 g/L         |
| SÓDIO                   | 270,15 .. 298,59 mmol/l | 283,35 mmol/l     |
| ADENINA                 | 0,247 .. 0,302 g/L      | 0,285 g/L         |
| 5-HIDROXIMETILFURFURAL  | <= 5 ppm                | 2 ppm             |
| ENDOTOXINA              | <= 5,56 UI/ml           | < 2,50 UI/ml      |
| TESTE DE ESTERILIDADE   | Conforme                | Conforme          |

*Campo Largo / PR, 14 Maio 2020*

**Débora Verceze Ortiz**  
**Diretor Técnico Industrial**