

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CPD ADENINA GRIFOLS TRIPLE KS

LOTE : CF30BK **DATA DE FABRICAÇÃO** : FEV/2020
LOTE INSPEÇÃO : 40000994701 **DATA DE VALIDADE** : FEV/2024

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR
VALIDADE ESTERILIZAÇÃO: FEV/2024
EMPRESA ESTERILIZADORA: GRIFOLS BRASIL

ANÁLISES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO SOLUÇÃO	Conforme	Conforme
PARTÍCULAS >= 10 µm	<= 6000 Part/bolsa	11 Part/bolsa
PARTÍCULAS >= 25 µm	<= 600 Part/bolsa	0 Part/bolsa
VOLUME SOLUÇÃO	56,7 .. 69,3 Mililitro	62,0 Mililitro
PH	5,0 .. 6,0	5,6
CLORETOS	<= 0,0035 %	< 0,0035 %
CITRATO TOTAL	19,16 .. 21,18 g/L	20,16 g/L
FOSFATO MONOSSÓDICO H2O	2,11 .. 2,33 g/L	2,24 g/L
GLICOSE MONO-HIDRATADA	30,30 .. 33,50 g/L	31,57 g/L
SÓDIO	270,15 .. 298,59 mmol/l	279,55 mmol/l
ADENINA	0,247 .. 0,302 g/L	0,286 g/L
5-HIDROXIMETILFURFURAL	<= 5 ppm	2 ppm
ENDOTOXINA	<= 5,56 UI/ml	< 2,50 UI/ml
TESTE DE ESTERILIDADE	Conforme	Conforme

Campo Largo / PR, 02 Abril 2020

Débora Verceze Ortiz
Diretor Técnico Industrial