

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CPD ADENINA GRIFOLS TRIPLE KS

LOTE : CM30AK **DATA DE FABRICAÇÃO** : MAR/2020
LOTE INSPEÇÃO : 40001001001 **DATA DE VALIDADE** : MAR/2024

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR
VALIDADE ESTERILIZAÇÃO: MAR/2024
EMPRESA ESTERILIZADORA: GRIFOLS BRASIL

ANÁLISES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO SOLUÇÃO	Conforme	Conforme
PARTÍCULAS >= 10 µm	<= 6000 Part/bolsa	29 Part/bolsa
PARTÍCULAS >= 25 µm	<= 600 Part/bolsa	0 Part/bolsa
VOLUME SOLUÇÃO	56,7 .. 69,3 Mililitro	62,5 Mililitro
PH	5,0 .. 6,0	5,7
CLORETOS	<= 0,0035 %	< 0,0035 %
CITRATO TOTAL	19,16 .. 21,18 g/L	20,35 g/L
FOSFATO MONOSSÓDICO H2O	2,11 .. 2,33 g/L	2,24 g/L
GLICOSE MONO-HIDRATADA	30,30 .. 33,50 g/L	31,76 g/L
SÓDIO	270,15 .. 298,59 mmol/l	286,80 mmol/l
ADENINA	0,247 .. 0,302 g/L	0,291 g/L
5-HIDROXIMETILFURFURAL	<= 5 ppm	2 ppm
ENDOTOXINA	<= 5,56 UI/ml	< 2,50 UI/ml
TESTE DE ESTERILIDADE	Conforme	Conforme

Campo Largo / PR, 02 Abril 2020

Débora Verceze Ortiz
Diretor Técnico Industrial