

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 150 ML

Número do Lote: **BS16EG** Data de fabricação: **SET/2019**
Lote Inspeção: **10001093304** Data de vencimento: **SET/2024**
Lote Esterilização: **190924-03A**

Método de esterilização: **ÓXIDO DE ETILENO**
Validade da Esterilização: **SET/2024**
Empresa Esterilizadora: **ESTELIZACIONES S.L.**

<u>ANÁLISES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESIDUO OXIDO ETILENO	<= 10 ppm	<= 10 ppm
2-CLOROETANOL	<= 2 mg/dia	<= 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	<= 20,0 UI/unidade	< 2,0 UI/unidade
ESTERILIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Torres de Cotillas, 28 de Outubro de 2019.


p.o. Luiz Candido de Almeida Nelo
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia