

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 150 ML

Número do Lote: **BG16AF** Data de fabricação: **AGO/2019**
Lote Inspeção: **10001093298** Data de vencimento: **AGO/2024**
Lote Esterilização: **190924-03A**

Método de esterilização: **ÓXIDO DE ETILENO**
Validade da Esterilização: **AGO/2024**
Empresa Esterilizadora: **ESTELIZACIONES S.L.**

<u>ANÁLISES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESIDUO OXIDO ETILENO	<= 10 ppm	< 1 ppm
2-CLOROETANOL	<= 2 mg/dia	< 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	<= 20,0 UI/unidade	< 2,0 UI/unidade
ESTERLIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Torres de Cotillas, 28 de Outubro de 2019.


Luiz Candido de Almeida Nelo
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868
p.o.

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia