

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 150 ML

Número do Lote: **BL16TR**
Lote Inspeção: **10001093300**
Lote Esterilização: **190924-03A**

Data de fabricação: **JUL/2019**
Data de vencimento: **JUL/2024**

Método de esterilização: ÓXIDO DE ETILENO
Validade da Esterilização: JUL/2024
Empresa Esterilizadora: ESTELIZACIONES S.L.

ANÁLISES

ESPECIFICAÇÕES

RESULTADOS

RESIDUO OXIDO ETILENO	<= 10 ppm	<= 10 ppm
2-CLOROETANOL	<= 2 mg/dia	<= 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	<= 20,0 UI/unidade	< 2,0 UI/unidade
ESTERLIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Torres de Cotillas, 28 de Outubro de 2019.

p.o.

Luiz Candido de Almeida Nelo
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia