

# GRIFOLS

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### TRANSFER GRIFOLS 300 ML

Número do Lote: **BL16RM** Data de fabricação: **JUL/2019**  
Número do Arquivo: **100001093297** Data de vencimento: **JUL/2024**  
Lote de esterilização: 190924-03A

**MÉTODO DE ESTRILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO**  
**VALIDADE DA ESTRILIZAÇÃO: JUL/2024**  
**EMPRESA ESTERILIADORA: ESTERILIZACIONES S.L.**

| <b><u>ANÁLISES</u></b> | <b><u>ESPECIFICAÇÕES</u></b> | <b><u>RESULTADOS</u></b>                       |
|------------------------|------------------------------|--|
| RESIDUO OXIDO ETILENO  | <= 10 ppm                    | <= 10 ppm                                      |
| 2-CLOROETANOL          | <= 2 mg/dia                  | <= 2 mg/dia                                    |
| ENDOTOXINAS            | <= 20,0 UI/unidade           | < 2,0 UI/unidade                               |
| ESTERLIDADE            | Conforme                     | Conforme liberação paramétrica de esterilidade |

Las Torres de Cotillas, 23 de Outubro de 2019.

p.o.  
  
Lutz Cândido de Almeida Neto  
Farmacêutico Responsável  
CRF-PR 12968

**José Luis Zafrilla**  
**Diretor Técnico Murcia**