

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 300 ML

Número do Lote: **AO16TS** Data de fabricação: **OUT/2018**
Número do Arquivo: **10001010609** Data de vencimento: **OUT/2023**
Lote de esterilização: 181122/04A

MÉTODO DE ESTRILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO
VALIDADE DA ESTRILIZAÇÃO: OUT/2023
EMPRESA ESTERILIADORA: ESTERILIZACIONES S.L.

<u>TESTES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESÍDUO DE ÓXIDO ETILENO	≤ 10 ppm	< 2 ppm
2-CLOROETANOL	≤ 2 mg/dia	< 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	$\leq 20,0$ UI/unidade	$< 2,0$ UI/unidade
ESTERILIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Las Torres de Cotillas, 08 de Janeiro de 2019.

p.o.

Lutz Cândido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia