

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 300 ML

Número do Lote: **BL16PP** Data de fabricação: **JUL/2019**
Número do Arquivo: **100001093296** Data de vencimento: **JUL/2024**
Lote de esterilização: **190924-03A**

MÉTODO DE ESTRILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO
VALIDADE DA ESTRILIZAÇÃO: JUL/2024
EMPRESA ESTERILIADORA: ESTERILIZACIONES S.L.

<u>ANÁLISES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESIDUO OXIDO ETILENO	≤ 10 ppm	< 2 ppm
2-CLOROETANOL	≤ 2 mg/dia	< 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	$\leq 20,0$ UI/unidade	$< 2,0$ UI/unidade
ESTERLIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Las Torres de Cotillas, 23 de Outubro de 2019.

p.o.

Lutz Cândido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12968

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia