

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 600 ML


Número do Lote: **CF16ES**
Número do Arquivo: **10001133594**
Lote de esterilização: **200221-08A**

Data de fabricação: **FEV/2020**
Data de vencimento: **FEV/2025**

MÉTODO DE ESTRILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO
VALIDADE DA ESTRILIZAÇÃO: FEV/2025
EMPRESA ESTERILIADORA: ESTERILIZACIONES S.L.

<u>TESTES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESÍDUO DE ÓXIDO ETILENO	≤ 10 ppm	< 4 ppm
2-CLOROETANOL	≤ 2 mg/dia	< 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	$\leq 20,0$ UI/unidade	$< 5,0$ UI/unidade
ESTERILIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Las Torres de Cotillas, 20 de Abril de 2020.

p.o.

Lutz Candido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12968

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia