

GRIFOLS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

TRANSFER GRIFOLS 600 ML

Número do Lote: **BN16KL** Data de fabricação: **NOV/2019**
Número do Arquivo: **10001116319** Data de vencimento: **NOV/2024**
Lote de esterilização: 191216-09A

MÉTODO DE ESTRILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO
VALIDADE DA ESTRILIZAÇÃO: NOV/2024
EMPRESA ESTERILIADORA: ESTERILIZACIONES S.L.

<u>TESTES</u>	<u>ESPECIFICAÇÕES</u>	<u>RESULTADOS</u>
RESÍDUO DE ÓXIDO ETILENO	<= 10 ppm	<= 10 ppm
2-CLOROETANOL	<= 2 mg/dia	<= 2 mg/dia
ENDOTOXINAS	<= 20,0 UI/unidade	< 5,0 UI/unidade
ESTERILIDADE	Conforme	Conforme liberação paramétrica de esterilidade

Las Torres de Cotillas, 07 de Fevereiro de 2020.

p.o.

Lutz Cândido de Almeida Neto
Farmacêutico Responsável
CRF-PR 12868

José Luis Zafrilla
Diretor Técnico Murcia